

04 JAN. 2022

ASS: *Suana*

Ilustríssimo Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

Referente o Pregão Presencial nº 073/2021 – Processo nº 5927/2021

A HOSPEC HOSPITALAR LTDA empresa regularmente constituída, com sede na Rua Evaristo Correa Viana, 178, Jd. São Vicente, na cidade de Campinas-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.885.491/0001-51, representada neste ato por sua representante legal, a Sra. Cláudia Santos Pinto, brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.555.188-97, residente e domiciliado em Sorocaba-SP, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor Recurso Administrativo.

I. DA APRESENTAÇÃO DOS FATOS

Os itens do referido edital apresenta os descritivos conforme reprodução fiel abaixo. Vejamos:

Item 1: "Convexa 70mm, com adesivo recortável de 10-70mm"

O produto ofertado pela empresa R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 22.419.844/0001-04, de acordo com a proposta cadastrada no processo é o código 10367 + 10045 da marca Coloplast, a base de referência (10045) é uma base plana e não convexa, e a margem e recorte é até 65mm sendo que no edital solicita até 70mm.

Abaixo algumas considerações com relação à convexidade publicada pelo Consenso Brasileiro de Cuidados às Pessoas Adultas com Estomias de Eliminação (CAPÍTULO 2 - DECLARAÇÕES DE CONSENSO PARA O CUIDADO DE PESSOAS ADULTAS COM ESTOMIAS DE ELIMINAÇÃO, p.25):

19. A convexidade pode ser indicada para prevenir e gerenciar vazamentos (NE: 5/GR: D). 20. A convexidade contribui para reduzir vazamentos e melhorar o ajuste ao corpo, contribuindo para o conforto e a melhor qualidade de vida da pessoa com estomia (NE: 1B/GR: A). 21. Estomias retraídas ou planas demandam o uso da convexidade (NE: 2C;5/GR: B).

29. Equipamento coletor com base adesiva contendo cerâmica tem efeito umidificante e contribui para melhorar a condição da pele periestomia (NE: 2C/GR: B).

Diante o exposto, entendemos que para atender às necessidades dos usuários/pacientes é necessário equipamento convexo para reduzir o risco de vazamentos em estomas planos ou retraídos e conseqüentemente o risco de lesão da pele periestoma.

Item 2: convexa de 10 a 70mm

O produto ofertado pela empresa R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 22.419.844/0001-04, código 15206 da marca Coloplast não atende ao recorte solicitado no edital, recorte de 15 a 43mm e de acordo com a descrição disponível no site da Coloplast (SenSura® Convex Light 1 Peça Drenável Transparente Recortável 15-43) a bolsa é transparente e não opaca como é solicitado no edital.

<https://loja.coloplast.com.br/sensura-convex-light-1pc-dren-transp-recort/p>

Cuida o presente Recurso Administrativo de submeter à apreciação de V.S.^a, questão quanto à classificação do produto ofertado pela empresa R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 22.419.844/0001-04.

II. DA NOSSA ARGUMENTAÇÃO

O produto ofertado pela empresa R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, Os dois itens ofertados marca COLOPLAST, fabricante COLOPLAST, tem área de recorte inferior ao solicitado no edital o que inviabiliza a adequação o equipamento em um usuário com estoma de maior diâmetro que o produto ofertado pela empresa.

Esclarecemos que a HOLLISTER, marca do produto ofertado por nossa empresa, é uma empresa multinacional, presente no Brasil desde 1995 e que vem fornecendo seus produtos para muitas unidades da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Hospitais e Clientes particulares.

A Hollister se dedica a oferecer o mais alto padrão de qualidade em produtos e em serviços assistenciais aos seus pacientes.

Com isso exposto, verificamos que o produto ofertado pela empresa citada acima não atende a necessidade de V.S.a e descumpra a exigência do edital.

III. DO PEDIDO

Com isso exposto, requeremos a desclassificação da empresa R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, com a consequente classificação da nossa empresa como vencedora para os itens do Certame.

Termos em que,
Pedimos deferimento.

Campinas, 03 de Janeiro de 2022.



Claudia Santos Pinto
Representante Legal
RG n° 40.009.657-2

27.885.491/0001-51
I.E. 795.848.523.119 - I.M. 441.334-2
HOSPEC HOSPITALAR LTDA.
Rua Evaristo Correa Viana, 178
Jardim São Vicente - CEP 13.045-155
CAMPINAS - SP