

## MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2024.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10826/2024.**

A empresa V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, portadora do CNPJ 15.442.606/0001-54, sediada na RUA TUIUTI, 923 – VILA SANTA CATARINA - Americana/SP, vem por meio desta apresentar:

### 1. DOS FATOS

1.1. Trata-se de recurso do PREGÃO ELETRONICO nº 80/2024, contra decisão que declarou vencedora dos **itens 01 e 16, 02 e 17, 03 e 18, 04 e 19, 05 e 20, 06 e 21, 07 e 22, 09 e 24, 15 e 30** a empresa **HOSPEC HOSPITALAR LTDA, itens 10 e 14 CIRURGICA UNIÃO LTDA, item 12 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA**, para fornecimento de **INSUMOS DE CURATIVO E OSTOMIA** às Unidades de Saúde do Município de **PILAR DO SUL**.

1.2. Acontece que os produtos ofertados pelas empresas RECORRIDAS não atendem aos parâmetros técnicos expressamente exigidos pelo instrumento convocatório, conforme descrição prevista no Edital em tela.

1.3. Como restará demonstrado a seguir, o não atendimento às exigências do Edital poderá ser constatada pela simples análise das descrições da proposta cadastrada no pregão eletrônico pela empresa citada acima, bem como através dos prospectos de divulgação e instruções de uso do produto declarado vencedor, de modo a importar na desclassificação da proposta e, conseqüentemente, na classificação da empresa vencedora subsequente para o fornecimento do item em referência.

1.4. Ao declarar vencedora empresa que propôs produto não qualificado nos quesitos descritos no Edital, o Pregoeiro incorre em violação estrita da Lei nº 14.133/21, sendo inadmissível a manutenção da decisão ora recorrida. O descritivo desse pregão solicita as seguintes características:

#### **ITEM 01 e 16**

**BOLSA E PLACA PLANA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇAS, COM ACOPLA DE 70 MM, RECORTAVEL DE 10-65MM**, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.

#### **ITEM 02 e 17**

**BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇAS, COM ACOPLA DE 70 MM, RECORTAVEL DE 15-53MM**, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.

#### **ITEM 03 e 18**

**BOLSA E PLACA PLANA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇAS, COM ACOPLA DE 60 MM, RECORTAVEL DE 10-55MM**, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi

**V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA (AMERICANA HOSPITALAR)**

**CNPJ: 15.442.606/0001-54**

**Rua Tuiuti nº 923, Santa Catarina, CEP 13466-260**

**Americana/SP – [www.americanahospitalar.com](http://www.americanahospitalar.com) – Telefone: 19 3604-6776**

conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.

**ITEM 04 e 19**

**BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇAS, COM ACOPLER DE 60 MM, RECORTAVEL DE 15-43MM**, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen.

**ITEM 05 e 20**

**BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL**, recortável de 10 a 76MM, 1 PEÇA, opaca; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, PVDC e PU; revestimento externo macio e base adesiva de resina sintética de dupla camada; com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica; goma guar; filtro anti odor incorporado; bordas externas adesivas de resina sintética.

**ITEM 06 e 21**

**BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL, recortável de 15-43MM, 1 PEÇA**, Opaca, convex light, com leve convexidade para estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada de proteção e segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS) e poliisobutileno (PIB), adesivo em formato oval, borda extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, suporte de cinto na placa. Bolsa composta de tecido macio, sem tramas, fortalecido, hidrofóbico, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.

**ITEM 07 e 22**

**CINTO ELASTICO OPACO 100cm**, reajustável, para equipamento de estomia, composto de poliamida(PA), poliuretano(PU) e poliéster(PET) com ganchos compostos de polipropileno (PP). Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Embalado individualmente em caixas com 15 unidades.

**ITEM 08**

**PÓ PARA ESTOMIA**, indicado para uso na pele periestomal macerada, mantém a pele seca, absorve a umidade local, exsudatos e secreções reduzindo a irritação, composto por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar e goma xantina, 25 gramas.

**ITEM 09 e 24**

**BARREIRA PROTETORA EM PASTA** para ostomia, indicada para nivelar dobras e irregularidades da pele próxima ao ostoma, composta por metil vinil éter, polivinilpirrolidona/vinil acetato (PVP/VA), álcool isopropílico, propilenoglicol, dióxido de silício, goma guar e água desmineralizada. Não estéril.

**ITEM 10 e 14**

**COBERTURA DE HIDROFIBRA** de carboximetilcelulose e alginato de calcio e rico em ácido gularônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm.

**ITEM 12**

**PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA)**, proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontinências e estomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. 60 gramas.

**V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA (AMERICANA HOSPITALAR)**

**CNPJ: 15.442.606/0001-54**

**Rua Tuiuti nº 923, Santa Catarina, CEP 13466-260**

**Americana/SP – [www.americanahospitalar.com](http://www.americanahospitalar.com) – Telefone: 19 3604-6776**

#### ITEM 15 e 30

**GEL PARA USO EM FERIDAS**, composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por Osmose Reversa). Frasco de Polietileno transparente, flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco de 100gr.

Vale destacar que o produto ofertado pela **VR VALADARES nos itens 01 e 16** Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 70 mm, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Placa base plana, com acople de 70 mm, recortável de 10-65 mm, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de Óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila; Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois só é permitido recorte até 57mm. Não possui sistema de acople com trava audível por um click (facilita o fechamento e traz segurança para o paciente), não possui fechamento em envelope (deixa a bolsa mais discreta) e fecho invisível com velcro (velcro resistente à água e efluente), aro que permite o reposicionamento no abdômen (Fundamental para o esvaziamento durante e ajuste de posição quando paciente for dormir), ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Nos itens **02 e 17** ofertamos a Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 70 mm, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Placa base convex light, com acople de 70 mm, recortável de 15-53 mm, com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de Óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila; Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois só é permitido recorte até 51mm. Não possui sistema de acople com trava audível por um click (facilita o fechamento e traz segurança para o paciente), não possui fechamento em envelope (deixa a bolsa mais discreta) e fecho invisível com velcro (velcro resistente à água e efluente), aro que permite o reposicionamento no abdômen (Fundamental para o esvaziamento durante e ajuste de posição quando paciente for dormir), ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **03 e 18** ofertamos a Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 60 mm, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Placa base plana, com acople de 60 mm, recortável de 10-55 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila; Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois só é permitido recorte até 44mm. Não possui sistema de acople com trava audível por um click (facilita o fechamento e traz segurança para o paciente), não possui fechamento em envelope (deixa a bolsa mais discreta) e fecho invisível com velcro (velcro resistente à

**V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA (AMERICANA HOSPITALAR)**

**CNPJ: 15.442.606/0001-54**

**Rua Tuiuti nº 923, Santa Catarina, CEP 13466-260**

**Americana/SP – [www.americanahospitalar.com](http://www.americanahospitalar.com) – Telefone: 19 3604-6776**

água e efluente), aro que permite o reposicionamento no abdômen (Fundamental para o esvaziamento durante e ajuste de posição quando paciente for dormir), ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **04 e 19** ofertamos Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 60 mm, opaca, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Placa base convexa, com acople de 60 mm, recortável de 15-43 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila; Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois só é permitido recorte até 38mm. Não possui sistema de acople com trava audível por um click (facilita o fechamento e traz segurança para o paciente), não possui fechamento em envelope (deixa a bolsa mais discreta) e fecho invisível com velcro (velcro resistente à água e efluente), aro que permite o reposicionamento no abdômen (Fundamental para o esvaziamento durante e ajuste de posição quando paciente for dormir), ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **05 e 20** ofertamos Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, drenável, recortável de 10 - 76 mm, adesivo plano com dupla camada de proteção e segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS) e poliisobutileno (PIB), adesivo em formato oval, borda extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante. Bolsa composta de tecido macio, hidrofóbico, sem tramas, fortalecido promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois só é permitido recorte até 70mm. Não possui base adesiva de resina sintética de dupla camada, formato oval, não tem em sua composição pectina, gelatina, carboximetilcelulose, goma guar, filtro incorporado, bordas de resina, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **06 e 21** ofertamos Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, transparente, recortável de 15-43 mm, drenável, convex light, com leve convexidade para estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada de proteção e segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS) e poliisobutileno (PIB), adesivo em formato oval, borda extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, suporte de cinto na placa. Bolsa composta de tecido macio, sem tramas, fortalecido, hidrofóbico, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. Hide Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende ao tamanho recortável solicitado ao edital, pois não possui convexidade leve para estomas planos e levemente retraídos, dupla camada de proteção, assim como não possui nenhum componente solicitado, que seria óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS) e poliisobutileno (PIB). Não apresenta adesivo em formato oval, cinco zonas flex, suporte de cinto na bolsa, filtro integrado fechamento envelope e fecho invisível de velcro, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **07 e 22** ofertamos Cinto elástico opaco de 100 cm, reajustável, para equipamento de estomia, composto de poliamida(PA), poliuretano(PU) e poliéster(PET) com ganchos compostos de polipropileno (PP). Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Embalado individualmente em caixas com 15 unidades. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não atende a quantidade de produtos solicitados na caixa, que seriam 15 unidades, o mesmo apresenta apenas caixa com 10. Também não possui em sua composição: composto de poliamida(PA), poliuretano(PU) e poliéster(PET) com ganchos compostos de polipropileno (PP). Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

**V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA (AMERICANA HOSPITALAR)**

**CNPJ: 15.442.606/0001-54**

**Rua Tuiuti nº 923, Santa Catarina, CEP 13466-260**

**Americana/SP – [www.americanahospitalar.com](http://www.americanahospitalar.com) – Telefone: 19 3604-6776**

Item **08** ofertamos Pó para estomia, indicado para uso na pele periestomal macerada, mantém a pele seca, absorve a umidade local, exsudatos e secreções reduzindo a irritação, composto por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar e goma xantina. 25g. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não possui em sua formula carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar e goma xantina, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Itens **09 e 24** ofertamos Barreira protetora da pele em forma de Pasta para ostomia, indicada para nivelar dobras e irregularidades da pele próxima ao ostoma, composta por metil vinil éter, polivinilpirrolidona/vinil acetato (PVP/VA), álcool isopropílico, propilenoglicol, dióxido de silício, goma guar e água desmineralizada. Não estéril. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca HOLLISTER)** não possui em sua formula metil vinil éter, polivinilpirrolidona/vinil acetato (PVP/VA), álcool isopropílico, propilenoglicol, dióxido de silício, goma guar e água desmineralizada, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Item **10** ofertamos Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de calcio e rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm. O produto ofertado pela empresa **CIRURGICA UNIÃO (marca MOLNLYCKE)** não possui em sua fórmula Algas marinhas, ácido gulurônico, absorção vertical, ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

Item **12** ofertamos Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontinências e estomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Os produtos ofertado pelas empresas **HELIANTO (marca Helianto), CIRURGICA UNIÃO (marca BYILDCARE), e IMPERIUM MED (marca BYILDCARE)** não possuem em sua fórmula óleo mineral, parafina líquida, petrolato, ceramicrocristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, ou seja, não atendem em absolutamente nada o descritivo.

Itens **14 e 29** ofertamos Atadura de tecido 100% de algodão, tamanho (preencher com o tamanho pretendido conforme relação abaixo), com acabamento dos dois lados, evitando soltar fios. Impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco Micronizado, Goma Acácia, Glicerina, Óleo de Rícino, Petrolatum e Água Purificada. Indicada para o tratamento de úlceras venosas. **10,2 CM X 6 M**. Os produtos ofertado pelas empresas **CIRURGICA UNIÃO (marca DERMACURE), IMPERIUM MED (marca DERMACURE), HOSPEC (marca CURATEC), MEGAHOSP (marca HELIANTO)**, não possuem em sua fórmula Óxido de zinco e nem água purificada, ou seja, não atendem em absolutamente nada o descritivo.

Itens **15 e 30** ofertamos Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por Osmose Reversa), com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudos de: Purificação da Água, Laudo de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonela e outros germes. Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea; Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Frasco de Polietileno transparente, flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV, 100g. O produto ofertado pela empresa **HOSPEC (marca CURATEC)** não possui em sua formula 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por Osmose Reversa), ou seja, não atende em absolutamente nada o descritivo.

*Renison*

**V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA (AMERICANA HOSPITALAR)**

**CNPJ: 15.442.606/0001-54**

**Rua Tuiuti nº 923, Santa Catarina, CEP 13466-260**

**Americana/SP – [www.americanahospitalar.com](http://www.americanahospitalar.com) – Telefone: 19 3604-6776**

**2. DO DIREITO - DESCLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES EM PRIMEIRO COLOCADO PARA FORNECIMENTO DOS ITENS 01 e 16, 02 e 17, 03 e 18, 04 e 19, 05 e 20, 06 e 21, 07 e 22, 08, 09 e 24, 10 e 25, 12, 14 e 29, 15 e 30 referente ao PREGÃO ELETRONICO N º 80/2024.**

Iniciado o pregão eletrônico e realizada as propostas, classificou-se em segundo lugar para os itens **01 e 16, 02 e 17, 03 e 18, 04 e 19, 05 e 20, 06 e 21, 07 e 22, 08, 14, 15 e 30** a VR VALADARES. Em terceiro lugar no item **09**, em 4º lugar item **12** e 5º lugar item **14**.

2.2. No entanto, a decisão lançada na Ata de Realização do Pregão merece reforma, eis que as Empresas RECORRIDAS, teve equivocadamente suas propostas declaradas vencedoras para o fornecimento do item acima no certame em referência, o que não se pode admitir, pois as mesmas não atendem ao edital conforme demonstrado acima.

2.3. Os produtos apresentados pelos licitantes referentes aos itens acima não atendem apropriadamente às exigências técnicas previstas no "ANEXO I" do Edital que regula o Pregão eletrônico.

**3. DA CONCLUSÃO**

3.1. Ante todo o exposto, a VR VALADARES requer seja reformada a decisão recorrida, a fim de que sejam desclassificadas as propostas apresentadas pelas empresas **vencedoras referente aos itens mencionados**.

3.2. Por fim, uma vez desclassificadas as empresas retromencionada, requer a RECORRENTE seja declarada vencedora para o fornecimento dos itens **01 e 16, 02 e 17, 03 e 18, 04 e 19, 05 e 20, 06 e 21, 07 e 22, 08, 09 e 24, 10 e 25, 12, 14 e 29, 15 e 30** referente ao processo licitatório de nº 80/2024 a Empresa VR VALADARES, porquanto se consagrou a melhor colocada subsequente, eis que atende a todas as exigências técnicas previstas no Edital, além de ser fabricado com materiais de alto padrão, conferindo elevado grau de durabilidade e compatibilidade aos pacientes a serem tratados pelas Unidades de saúde.

Termos em que, pede deferimento.

Americana, 18 de Dezembro de 2024.

RENISON ARRUDA  
VALADARES  
SANTOS:24771713804

Assinado de forma digital por  
RENISON ARRUDA VALADARES  
SANTOS:24771713804  
Dados: 2024.12.18 18:37:57  
-03'00'

RENISON ARRUDA VALADARES SANTOS  
CPF 247.717.138-04  
RG 24.677.716-3